

基準値	検査機器	対象動物	検査部位
4分未満	Surgicutt Bleeding Time Device 1.0 mm × 5.0 mm (Accriva Diagnosites, Inc. CA, USA)	犬	頬側粘膜
3分未満		猫	
90～120秒*	BD マイクロティナ® クイックヒール™ランセ ット 1.0 mm×2.5 mm (ベクトン・ディッキ ンソン アンド カンパニー)	犬	頬側粘膜

*筆者の病院にて設定した暫定基準値